



BANGGA BUATAN  
INDONESIA



Medical Device

# IN-2 Infusion Pump

- ✓ Tombol yang intuitif
- ✓ Menggunakan dan menyimpan hingga 200 merek standar iv set yang dapat di ubah
- ✓ Rentang infus dari 0.1ml/j sampai 2000ml/j
- ✓ Pengaturan laju, volum, tingkat udara, tingkat oklusi tanpa infus berhenti



# IN-2 Infusion Pump

## Parameter Spesifik

Spesifikasi Infus	10 – 60 tetes /ml
Laju Infus	0.1 – 2000 ml /j , laju minimum 0.01 ml/j
	< 100ml/j, laju 0.01 ml/j
	< 1000ml/j, laju 0.1 ml/j
	< 1000ml/j, laju 1 ml/j
Akurasi Infus	<= +/- 5%
Laju tetesan	Jangkauan tetesan infus 10-60 tetes/ml, laju tetes 1-2000 tetes/ menit, laju tetes 1 tetes/ menit
Akurasi laju tetes	<= +/- 5%
Laju bolus (bolus)	0.1 – 2000 ml /j, laju minimum 0.01ml,j
	< 100ml/j, laju 0.01 ml/j
	< 1000ml/j, laju 0.1 ml/j
	< 1000ml/j, laju 1 ml/j
Laju pengurasan	100 – 2000ml /j, laju minimum 0.1ml/j .
	< 1000ml/h, laju 0.1 ml/j
	>= 1000ml/j, laju 1 ml/j
Akurasi laju pengurasan	<= +/- 5%
VTBI	0-9999.99ml, laju minimum 0.01 ml
Akurasi Infus	<= +/- 5%
Total volume infus	0-9999.99ml
Laju KVO	0-5ml/j, laju minimum 0.01ml/j.
Akurasi laju KVO	<= +/- 10%
Jangkauan atur mode mikro	0.1 – 200 ml/j
Jangkauan waktu	1d-99j-59m-59d
Gelembung terakumulasi	50-1000μ/15menit
Acti agentia	0.01-99999
Volume	0.01-9999 ml
Conc.	0.01-99999
Laju dosis	0.01-9999
Gelembung akumulatif	50-1000μ/15menit
Volume kegagalan bolus tunggal	<=2ml
Volum anti bolus	<=0.2ml
Dimensi	131.5*90*138 mm ( Tanpa klem pengencang,tanpa kait sensor tetesan)
Layar	Layar TFT berwarna 2.1 inci

## Catu Daya

Daya AC	100-240VAC, 50Hz/60Hz, 0.1-0.25A
Daya Masukan	50VA
Daya DC	DC 10-16V, 0.94-1.5A
Baterai	Baterai Li-Polimer 2600mAh dengan 1 unit dapat bekerja selama 5 jam dalam pengoprasian 25ml/j Baterai Li-Polimer 2600mAh dengan 2 unit dapat bekerja selama 10 jam dalam pengoprasian 25ml/j

Diproduksi oleh:

**PT. Menara Inti Kreasi Indonesia**  
Milenium 5 Blok A25 No 33  
Kab. Tanggerang – Indonesia



021 59982099  
021 59981787  
021 59982255



info@mikiindo.com