

PATIENT MONITOR PM02-15

TKDN
41.59%



LCD touchscreen 15.1 inci




3.5 Jam pengoperasian dengan penggunaan baterai



Menyimpan data grafik dan tabel *tren* hingga 720 jam



5 Parameter pengukuran
HR, SpO2, RR, TEMP, NIBP




Kabel Ground



Kabel Sensor Temp



NIBP Selang



NIBP Cuff



SPO2 Kabel
Adult



Elektroda



Kabel ECG



Catu Daya

KEMENKES RI AKD : 20502320552



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



COUPLET

SPEKIFIKASI

Catu Daya

Daya ac	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Daya input	90 VA
Tipe sekering	T 1.5a 250 V
Baterai	Baterai li-po 2200 mAh dapat bekerja selama 3.5 jam

Spesifikasi ECG

Lead mode	5 Lead : RA, LA, LL, RL, V; mode utama : I, II, III, AVR, AVL, AVF, V
Gain	x2.5 mm/mV, x5.0 mm/mV, x20 mm/mV
Sweep speed	12.5 mm/detik, 25 mm/detik, 50 mm/detik
Heart rate	Rentang pengukuran Dewasa : 15 - 300 bpm Neonatal/pediatrik : 15 - 350 bpm Ketepatan : $\pm 1\%$ Resolusi : 1 bpm

Spesifikasi SpO2

Rentang pengukuran	0 - 100%
Resolusi	1%
Ketepatan	70 hingga 100% : $\pm 2\%$ (diukur tanpa gerakan dalam mode dewasa/anak) 70 hingga 100% : $\pm 3\%$ (diukur dengan gerakan dalam mode <i>neonatus</i>) 70 hingga 100% : $\pm 3\%$ (diukur dengan gerakan) 0 hingga 69% : Tidak spesifik.
Denyut nadi	Rentang pengukuran dan alarm : 25 - 250 bpm Resolusi : 1 bpm Ketepatan : ± 3 bpm

Spesifikasi NIBP

Metode	Osilometri
Rentang denyut nadi	40 - 240 bpm
Mode pengukuran	Manual, otomatis
Ukur interval mode otomatis	1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 menit
Rentang pengukuran dan alarm	Mode Dewasa SYS : 40 - 280 mmHg DIA : 10 - 220 mmHg Mean : 20 - 240 mmHg Mode Pediatri SYS : 40 - 220 mmHg DIA : 10 - 160 mmHg Mean : 20 - 170 mmHg Mode Neonatal SYS : 40 - 135 mmHg DIA : 10 - 100 mmHg Mean : 20 - 110 mmHg

Spesifikasi RR

Resolusi	1 BrPM
Ketepatan	0 - 6 BrPM : Tidak ditentukan 7 - 150 BrPM : ± 2 BrPM
Alarm Apnea	10 - 40 detik

Spesifikasi Temp

Rentang Pengukuran dan Alarm	0 - 50°C
Resolusi	0.1°C
Akurasi	$\pm 0.1^\circ\text{C}$ (0°C - 50°C)

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :